

## Rapporto di Prova n. 5153

**NUMERO REGISTRO CAMPIONI:** 5.153

Milano, 21/07/2017

**N° PRENOTAZIONE CAMPIONE:** 747/2017/Varese

**CAMPIONE DI:** ACQUE SOTTERRANEE

- Acque sotterranee bonifiche - (D.Lgs. 152/06 - siti contaminati)

**RICHIEDENTE:** ARPA - UO BAE Dip Como e Varese

**PRELEVATORE:** la parte in contraddittorio con ARPA

Dir. Dipartimenti di Como e Varese

Via dei Campigli, 5 VARESE

**PRELEVAMENTO:**

Data prelevamento: 18/07/17

Numero verbale di prelevamento: 012629

Punto di prelevamento: PO012042NR9064

MWE1 CHEMISOL ITALIA SRL C.SO SEMPIONE 13

Comune di: CASTELLANZA - VA

Metodo di Campionamento: Modalità definita da UO/Ente prelevatore

**Data accettazione:** 18/07/2017

**Data inizio prove:** 18/07/2017

**Data fine prove:** 21/07/17

### **RISULTATI DELLE PROVE**

Parametro	Metodo di prova	Unità di misura	Valore	Incertezza Estesa {k/liv conf}	Limite di legge
Azoto totale*	MT.M1.863 rev 2 2016	mg/L N	84,6	$\pm 13,9$ {2/95%}	-
Azoto ammoniacale*	MT.M1.153 rev 2 2015	mg/L NH4	90	$\pm 15$ {2/95%}	-
Nitrati	UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	64	$\pm 6$ {2/95%}	-
Nitriti*	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	$\mu\text{g/l}$	264		Max 500 <sup>(50)</sup>

(50) D.Lgs. 152/06, All.5. Tab.2 (acq. sotterr. siti contaminati) Parte quarta Tit. V.

MT.XX.YYY: MT indica un metodo di prova interno del laboratorio, XX individua la UO/sede laboratoristica e YYY identifica il codice numerico

**AVVERTENZE:** Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Nel caso in cui siano effettuate determinazioni di residui/tracce, quando la procedura analitica prevede concentrazione/purificazione degli analiti, il fattore di recupero non è applicato ai risultati di analisi, a meno di esplicita indicazione

Le prove contrassegnate con \* non sono accreditate ACCREDIA

Legenda abbreviazioni:

K=fattore di copertura

Liv. conf.= livello di confidenza

#### **Gli Analisti**

Alessandra Secondi

F. Martano

G. Quarato

M. Mastruzzi

**Firmato digitalmente in delega per il Responsabile di Unità Organizzativa da:**

Il Dirigente Sede Laboratoristica di Milano

Dr. Chim. Pasquale Robles